Inhalator mit
Mikromembran-Technologie

Geratherm®
micromesh

GT-7002

D

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE 0118

D

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in Geratherm® und beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf!
Mit dem Kauf des Geratherm® micromesh haben Sie ein Qualitätsprodukt von **Geratherm®** erworben.
Lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanweisungen, damit Sie das Gerät problemlos anwenden können und lange Freude an Ihrem Geratherm® Inhalator haben.

Mit freundlichen Grüßen

Das Geratherm® -Team

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 6
Merkmale 6
Beschreibung der Teile 7
Wichtige Sicherheitshinweise 8
Wichtige Informationen zur Inhalationstherapie
und Membran-Technologie, Verwendungszweck 9
Wichtige Informationen zu Inhalat/Medikamenten 9
Vorbereitung zum Gebrauch/ Inbetriebnahme 10
Einsetzen/ Auswechseln der Batterien 10
Gebrauch des Inhalators 10
Wichtige Hinweise vor Gebrauch des Gerätes 10
Inhalationsvorbereitung und Inhalation 11
Inhalation mit Mundstück und Maske 13
Reinigung und Desinfektion 14
Vor der Reinigung 14
Reinigung und Desinfektion
der Inhalator-Bestandteile 14
Reinigung und Desinfektion
der Inhalator-Basiseinheit 15
Wartung 16
Auswechselbares Zubehör 17
Fehlermeldung 18
Technische Daten 19
Erklärung der Symbole 20
Hinweise zur Entsorgung 21
Befristete Garantie 21
Garantiekarte 22

D

Lieferumfang

Bevor Sie mit der Benutzung von Geratherm® micromesh beginnen, überprüfen Sie bitte, ob folgende Gegenstände in der Verpackung enthalten sind:

- 1 Inhalator Geratherm® micromesh GT-7002 mit Inhalator-Basiseinheit, Membraneinsatz, Verbindungsstück (für Maske und Mundstück) und Schutzabdeckung
- 1 Mundstück*
- 1 PVC-Maske für Erwachsene*
- 1 PVC-Maske für Kinder*
- 2 „AA“ Batterien 1,5 V
- 1 Aufbewahrungstasche
- 1 Bedienungsanleitung

***Bemerkung**
Bitte verwenden Sie aus hygienischen Gründen die beiliegenden Masken und das Mundstück nur für eine Person und tauschen diese nicht untereinander. Die Reinigung der Masken und des Mundstücks ist nach jedem Gebrauch erforderlich und im Abschnitt „Reinigung und Desinfektion der Inhalator-Bestandteile“ beschrieben. Ausschließlich unsere Silikonmasken, die im Fachhandel erhältlich sind, können durch Abkochen oder Vaporisation (bei 100 °C ca. 10 Minuten) desinfiziert werden.

Verwenden Sie nur die oben aufgeführten Teile, die Verwendung anderer Teile kann eine Gefahr darstellen.

Merkmale

- Auslaufsicherheit - funktionssicher auch bei schräger Lage (max. 45° Neigung)
- Kein Erwärmen der Medikamente und damit verbundene Zerstörung der Medikamentenstruktur
- Geringer Energieverbrauch
- Handliches Design – kompakt und leicht, ideal auf Reisen
- Geräuschloser Betrieb dank der Mikromembran-Technologie
- Kurze Behandlungszeit – mit hoher Verneblungsleistung
- Keine Medikamentenbecher erforderlich (keine Einwegartikel)


PVC-Masken
(Erwachsene + Kinder)
Schutzabdeckung des
Inhalators
Mundstück
Verbindungsstück
(für Maske und Mundstück)
2 AA Batterien
Membran-
einsatz
Medikamenten-
behälter
Inhalator-
Basiseinheit
Anzeige:
grün: während Benutzung
rot: Batterie austauschen
grün und rot: Vibrationsgeschwin-
digkeit neu einstellen
ON/OFF-
Knopf
Batteriefach

- Das Gerät nur für den in dieser Anleitung vorgesehenen Zweck verwenden. Keine Aufsätze verwenden, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Das Gerät mit Medikamenten nur nach Anweisung Ihres Arztes verwenden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigte Teile aufweist oder ins Wasser / andere Flüssigkeiten gefallen ist.
- Die Batterien entnehmen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Schaltkreisbeschädigung durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Um das Gerät erstmalig oder nach längerer Aufbewahrung zu benutzen, alle notwendigen Teile, wie in den Reinigungsanweisungen beschrieben, reinigen und desinfizieren.
- Nicht während des Badens benutzen.
- Das Gerät sollte im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Das Gerät außer Reichweite von kleinen unbeaufsichtigten Kindern halten. Kleinteile können sich vom Gerät ablösen. Diese können von Kindern verschluckt werden oder es besteht Erstickungsgefahr durch Einatmung der Teile.
- Die Materialien des Gerätes und Zubehör verursachen keine allergischen Reaktionen.
- Versuchen Sie nicht, den Inhalator auseinander zunehmen oder zu verändern.
- Das Gerät weder in Flüssigkeit noch an einen Ort stellen, wo es in eine Flüssigkeit fallen kann.
- Wenn Beschwerden oder Unregelmäßigkeiten auftreten, sofort die Nutzung des Geräts einstellen.
- Den Inhalator und den Membraneinsatz keinen Schlägen aussetzen und nicht fallen lassen.
- Bevor Sie den Inhalator verstauen, versichern Sie sich, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie den Inhalator nicht unter direkter Sonne, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit auf.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.
- Inhalation nur mit Maske oder Mundstück, um eine effiziente Vernebelung zu garantieren.

Wichtige Informationen zur Inhalationstherapie und Membran-Technologie, Verwendungszweck

Geratherm® micromesh ist für die Therapie von Asthma, chronischer Bronchitis und anderen Atemwegserkrankungen, wie z. B. Erkältungen der oberen und unteren Atemwege geeignet.
Zur Vernebelung der Medikamente wird eine hochmoderne Schwingmembran eingesetzt. Diese Membran ist teilweise porös und somit für kleinste Teilchen des Inhalats durchlässig, sobald sie in Schwingung versetzt wird.
Der Hauptbauteil dieses Systems ist der Membraneinsatz. Wir empfehlen, den Membraneinsatz ungefähr nach 6 Monaten regelmäßiger Benutzung auszuwechseln, um eine effiziente Verneblung zu garantieren.

Das Gerät eignet sich ideal zum Inhalieren zu Hause und auf Reisen. Es gewährleistet eine hocheffektive, schnelle Inhalationstherapie vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter. In ruhigem und entspanntem Zustand inhalieren, dabei langsam und tief einatmen, so dass das Medikament tief in die feinen Bronchienröhren dringen kann. Normal ausatmen.

D

Wichtige Informationen zu Inhalat/ Medikamenten

Verwenden Sie nur die Medikamente/Präparate, die von Ihrem Arzt verordnet wurden.

Das Geratherm® micromesh Ultraschall-Inhalationsgerät ist zur Inhalation aller gängigen medizinischen Aerosolpräparate geeignet, mit Ausnahme von:

- Lösungen mit hoher Viskosität
- Suspensionen (Medikamentencocktail)
- ätherischen Ölen

Achtung: Verwenden Sie nur wasserlösliche Medikamente oder zur Inhalation geeignete Präparate, die auf Alkoholbasis hergestellt sind.

Vorbereitungen zum Gebrauch / Inbetriebnahme

Der Inhalator wird mit zwei 1,5V AA Alkali-Batterien betrieben.

Einsetzen/ Auswechseln der Batterien

Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Anzeige rot leuchtet. Versichern Sie sich, dass der Inhalator ausgeschaltet ist bevor Sie die Batterien wechseln.

1. Auf den Verschluss an der Batteriefachabdeckung drücken, Abdeckung hochheben und abnehmen.
2. Entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie zwei neue ein. Bitte beachten Sie die Polaritäten, welche gekennzeichnet sind.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie diese nach unten drücken, bis sie einrastet.

Anmerkung:
Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Inhalator länger als 3 Monate unbenutzt lassen.
Entsorgen Sie die alten Batterien entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

D

Gebrauch des Inhalators

Wichtige Hinweise vor und beim Gebrauch des Gerätes

- Vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile gereinigt oder ggf. desinfiziert und trocken sind.
- Sprechen Sie vor Beginn der Therapie über die Länge, Dosierung und Häufigkeit der Anwendung mit Ihrem Arzt.
- Die grüne LED der Anzeige leuchtet während der Inhalation.
- Der Inhalator schaltet sich automatisch nach 15 Minuten Nichtbenutzung (kein Drücken des ON/OFF-Knopfes) ab.
- Entfernen Sie nicht die Schutzabdeckung von der Basiseinheit während der Inhalation.

Inhalationsvorbereitung und Inhalation

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und den Membraneinsatz des Inhalators.
   Entfernen Sie den Membraneinsatz durch sanftes Drücken an der hervorstehenden Plastiklasche. Der Einsatz kann dann nach oben abgenommen werden.



2. Füllen Sie das verschriebene Medikament langsam in den Medikamentenbehälter. Das maximale Füllvolumen beträgt 6 ml.
   Achten Sie darauf, dass das Medikament höchstens bis zu dieser Markierung eingefüllt werden darf (6 ml).

3. Stecken Sie den Membraneinsatz auf die Basiseinheit des Inhalators - die 2 vorderen Nasen entsprechend den Aussparungen in der durch den Pfeil 1 angezeigten Richtung ausrichten. Dann die Abdeckung nach unten drücken, bis sie einrastet.



4. Stecken Sie das Verbindungsstück auf den Membraneinsatz. Achten Sie darauf, dass die Nasen des Membraneinsatzes mit den Aussparungen am Verbindungsstück übereinander stehen. Rasten Sie das Verbindungsstück ein. Montieren Sie die Schutzabdeckung.



D

5. Die Maske oder das Mundstück an das Verbindungsstück stecken:



D

6. Nehmen Sie den Inhalator in die Hand und drücken Sie den ON/OFF-Knopf, um mit der Inhalation zu beginnen. Sie können zwischen 2 Modi wählen.
   Lesen Sie hierzu den unteren Abschnitt.
7. Um die Inhalation zu beenden, drücken Sie den ON/OFF-Knopf erneut.

Aerosolabgabe-Modi

Der Inhalator bietet Ihnen entsprechend Ihren Bedürfnissen zwei Abgabemodi:
automatisch oder manuell.

Automatische Aerosolabgabe

1. Den ON/OFF-Knopf drücken und loslassen. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt mit der kontinuierlichen 15-minütigen Abgabe des verschriebenen Medikaments.
   Der Inhalator schaltet sich automatisch nach 20 Minuten Nichtbenutzung (kein Drücken des ON/OFF-Knopfes) ab.
2. Um die Behandlung jederzeit zu stoppen, den ON/OFF-Knopf erneut drücken, um das Gerät auszuschalten.

Manuelle Aerosolabgabe
Bei der manuellen Abgabeweise wird die Dauer der Vernebelung durch Gedrückt halten des ON/OFF-Knopfes gesteuert.

1. Den ON/OFF-Knopf länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät beginnt mit der Vernebelung.
2. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, den ON/OFF-Knopf loslassen, wonach das Gerät die Medikamentenabgabe stoppt.

Inhalation mit Mundstück und Maske

Inhalieren mit dem Mundstück

1. Das Mundstück in den Mund nehmen, wobei Ihre Lippen das Mundstück fest umschließen müssen.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Während der Behandlung langsam und tief durch den Mund einatmen. Falls möglich, nach jedem Atemzug die Luft zwei bis drei Sekunden anhalten, bevor Sie ausatmen. Auf diese Weise kann das Medikament sich in den Atemwegen niederschlagen.
4. Mit der Behandlung fortfahren, bis das Medikament aufgebraucht ist.
5. Falls Ihnen schwindlig wird, die Behandlung stoppen und etwa fünf Minuten lang ausruhen. Danach mit der Behandlung fortfahren, aber dabei versuchen, langsamer zu atmen. Falls diese Symptome bei weiteren Behandlungen anhalten, informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.
6. Reinigen und ggf. desinfizieren wie nachfolgend beschrieben.

Inhalieren mit der Maske

1. Die Maske über Mund und Nase anlegen.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Während der Behandlung langsam und tief durch die Nase einatmen. Falls möglich, nach jedem Atemzug die Luft zwei bis drei Sekunden anhalten, bevor Sie ausatmen. Auf diese Weise kann das Medikament sich in den Atemwegen niederschlagen.
4. Die Verfahrensweisen wie bei „Inhalieren mit dem Mundstück“ befolgen.

Reinigen Sie Ihren Inhalator nach jeder Benutzung wie unten beschrieben.

Anmerkung: *Nach zweimaliger Benutzung (Inhalation) spülen Sie bitte Ihren Inhalator mit Wasser durch, indem Sie den Medikamentenbehälter mit Wasser befüllen, um die Membran zu reinigen.*

Vor der Reinigung
Vergewissern Sie sich, dass der Inhalator außer Betrieb ist.

1. Nehmen Sie Schutzabdeckung, Maske, Mundstück und Verbindungsstück vom Inhalator. Das Verbindungsstück lässt sich durch leichtes Drehen im Uhrzeigersinn vom Membraneinsatz lösen.



2. Entfernen Sie den Membraneinsatz durch sanftes Drücken an der hervorstehenden Plastiklasche. Die Abdeckung kann dann nach oben abgenommen werden.

D

3. Schütten Sie eventuell vorhandene Restmedikamente aus (beachten Sie gesetzliche Vorschriften).

Reinigung und Desinfektion der Inhalator-Bestandteile

Reinigung nach jeder Benutzung
Reinigen Sie Masken, Mundstück, Schutzabdeckung, Verbindungsstück und Membraneinsatz nach jeder Inhalation.

1. Die Bestandteile des Gerätes auseinandernehmen wie oben beschrieben.
2. Alle oben aufgeführte Bestandteile können unter Leitungswasser abgespült werden.
3. Das überschüssige Wasser mit einem sauberen trockenen Tuch abwischen und die Teile an der Luft trocknen lassen. Eventuell verbleibende Tropfen auf der Membranoberfläche können durch leichtes Schütteln des Membraneinsatzes entfernt werden.



Tägliche Desinfektion

Desinfektion durch Abkochen:
1. Silikon-Masken (Zubehör) und Membraneinsatz können durch Abkochen in destilliertem Wasser desinfiziert werden.
2. Nach 15 - 20 Minuten des Abkochens wischen Sie das übrige Wasser vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie die Teile auf einem Papiertuch an der Luft trocknen.

Wischdesinfektion mit Alkohol:
1. PVC-Masken, Mundstück, Schutzabdeckung und Verbindungsstück können durch vorsichtiges Abwischen mit einem in medizinischem Alkohol (Ethanol mit einer Konzentration von 75 %) getränkten Tuch desinfiziert werden.
2. Lassen Sie die Teile auf einem Papiertuch an der Luft trocknen.

Anmerkung: *Nur Silikon-Masken (Zubehör) können durch Abkochen desinfiziert werden. PVC Masken können nur durch Abwischen mit medizinischem Alkohol (Ethanol mit einer Konzentration von 75 %) desinfiziert werden.*

Reinigung und Desinfektion der Inhalator-Basiseinheit

Nach jedem Gebrauch
1. Benutzen Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch, um die Basiseinheit des Inhalators zu reinigen.
2. Wischen Sie den Inhalator mit einem unbenutzten trockenen Tuch ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Tägliche Desinfektion
1. Benutzen Sie ein mit medizinischem Alkohol (Ethanol mit einer Konzentration von 75 %) getränktes Tuch und wischen das Gehäuse des Inhalators und den Medikamentenbehälter vorsichtig damit ab.
2. Lassen Sie die Teile auf einem Papiertuch an der Luft trocknen.

Reinigung und Desinfektion

Achtung:

- Tauchen Sie den Inhalator nicht in die Flüssigkeit ein und halten Sie ihn nicht unter fließendes Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Inhalator eindringt.
- Reinigen Sie Inhalator und Bestandteile nicht in der Spülmaschine.
- Beachten Sie, dass kein Wasser in das Batteriefach eindringt.
- Benutzen Sie keine anderen Mittel als die oben Beschriebenen zum Reinigen des Inhalators und seiner Bestandteile.
- Benutzen Sie keinen Fön zum Trocknen.

Wartung

D

Bei der erstmaligen Verwendung eines neuen Membraneinsatzes müssen Sie die Vibrationsgeschwindigkeit, wie nachfolgend beschrieben, neu einstellen:

1. Wasser bis zur Markierung einfüllen.
2. Den Membraneinsatz am Inhalator anbringen.
3. Die Batterien herausnehmen.
4. Den ON/OFF-Knopf gedrückt halten und gleichzeitig die Batterien wieder einsetzen und die Batteriefachabdeckung schließen.
5. Das Gerät aufrecht halten und dann den ON/OFF-Knopf loslassen. Die grüne und rote Anzeige leuchten auf und zeigen an, dass der Inhalator die Vibrationsgeschwindigkeit neu einstellt.
6. Nach wenigen Sekunden schaltet sich der Inhalator automatisch aus. Die Neueinstellung der Vibrationsgeschwindigkeit ist beendet. Der Inhalator ist gebrauchsfertig.

Halten Sie den Inhalator während des Prozesses aufrecht.

Wir empfehlen den Membraneinsatz ungefähr nach 6 Monaten bei täglicher Benutzung (1 Mal am Tag) auszuwechseln, um eine effiziente Verneblung zu garantieren.
Die Angabe basiert auf 2 ml Inhaltsvolumen und einer Inhalationszeit von ca. 8-15 Minuten.
Bei häufiger täglicher Nutzung kann sich die mögliche Anwendungsdauer von 6 Monaten verkürzen.

Das Zubehör sollte ebenfalls bei ständiger Benutzung gewechselt werden.

Das Zubehör des Inhalators micromesh umfasst: Membraneinsatz, Verbindungsstück (für Masken und Mundstück), PVC-Masken (für Erwachse und Kinder), Silikon-Masken (für Erwachsene und Kinder) sowie Mundstück und ist im Fachhandel zu beziehen.

Bezeichnung	Artikelnummer	EAN	PZN
Membraneinsatz	9730002017	4018674000215	9641479
PVC-Maske Erwachsene	9730002012	4018674000161	9641427
PVC-Maske Kinder	9730002011	4018674000154	9641410
Silikon-Maske Erwachsene	9730002014	4018674000185	9641456
Silikon-Maske Kinder	9730002013	4018674000178	9641433
Mundstück	9730002016	4018674000208	9641462
Verbindungsstück	9730002015	4018674000192	9641491

Zustand	Fehlerursache	Fehlerbehebung
Der Indikator leuchtet rot.	Die Batterien sind leer.	Bitte ersetzen Sie die Batterien.
	Der Membraneinsatz ist schmutzig.	Reinigen Sie die Membran. Bleibt dieser Zustand, ersetzen Sie den Membraneinsatz.
Der Inhalator funktioniert nach dem Anschalten nicht.	Batterien sind leer.	Überprüfen Sie die Batterien, ggf. ersetzen. Achten Sie auf die Polarität.
Der Indikator leuchtet grün, aber es ist keine Vernebelung zu sehen oder die Vernebelung ist schwächer/ langsamer als gewöhnlich.	Der Medikamentenbehälter ist leer.	Füllen Sie den Medikamentenbehälter und schalten das Gerät an.
	Der Membraneinsatz ist kaputt.	Ersetzen Sie den Membraneinsatz.
	Medikamentenbehälter oder Membraneinsatz sind verschmutzt.	Reinigen Sie beide Teile oder ersetzen Sie den Membraneinsatz.
Medikament ist in den Medikamentenbehälter gefüllt, ON/OFF-Knopf gedrückt, aber keine Vernebelung zu sehen.	Keine Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Batterien, ggf. ersetzen. Achten Sie auf die Polarität.
	Die Membran ist mit Flüssigkeit bedeckt.	Überprüfen Sie, ob der Membraneinsatz mit Flüssigkeit bedeckt ist. Falls ja, schütten Sie die Flüssigkeit aus und versuchen Sie es erneut (siehe Reinigung).

Abmessungen	76 mm x 60 mm x 135 mm
Gewicht	190 g
Stromquelle	2 x AA Batterien (1,5 V)
Batterielebensdauer	über 7 Stunden Betrieb
Stromverbrauch	1,5 W
Vibratorfrequenz	185,5 kHz
Verneblungsleistung	>0,25 ml/min
Füllvolumen Inhalat	6 ml
Betriebsbedingungen	10 °C bis 40 °C, 30 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Aufbewahrungs-bedingungen	-25 °C bis 70 °C, bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit
Schutzgrad:	IP22 (Eindringen von großen Fest-körpern, tropfwassergeschützt)
Automatik-Funktion	Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
Stromverbrauch	Normalmodus: weniger als 1,5 W Standby-Modus: weniger als 0,3 mW

D

Qualitätsgarantie
Das Gerät entspricht den Vorschriften der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Ein nach DIN EN ISO 13485 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem garantiert die Einhaltung der geforderten Qualitätskriterien.
DIN EN 13544-1 Atemtherapie – Teil 1: Verneblersysteme und deren Bauteile

Partikelgrößenverteilung (mit Maske und Mundstück):



Symbol	Erklärung
	Bedienungsanleitung lesen
	Haltbarkeitsdatum Masken
	Chargenbezeichnung Inhalator
	Herstellungsdatum Masken
	Hersteller
	Seriennummer
	Achtung, in Begleitdokumentation nachschlagen
	Nicht im Hausmüll entsorgen
	Gerät des Typs BF

Hinweise zur Entsorgung

Bei der Entsorgung des Gerätes, der Verpackungen sowie der Batterien sind die jeweils gültigen Vorschriften zu beachten.
Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel.

D

Befristete Garantie

Für diesen Mikromembran-Inhalator gilt eine Garantie von 3 Jahren ab dem Verkaufsdatum gegen Herstellerfehler unter normalen Einsatzbedingungen.
Falls Ihr Inhalator aufgrund fehlerhafter Teile oder Montage nicht richtig funktioniert, reparieren wir ihn kostenlos. Diese Garantie gilt für alle Teile, außer Zubehör, welche einem normalen Verschleiß unterliegen. Die Garantie gilt nicht für Schäden an Ihrem Gerät, die durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurden.
Halten Sie sich bei der Entsorgung des Geräts an die geltenden Vorschriften.

Garantiekarte

Geratherm® gewährt für den Inhalator micromesh ab Kaufdatum eine Garantiezeit von drei Jahren gegen Fabrikationsfehler, wenn es an den Händler zurückgegeben wird, von dem es gekauft wurde.
Während dieser Zeit wird das Gerät kostenlos repariert oder ersetzt, wenn der Mangel auf eine fehlerhafte Gestaltung oder Ausführung zurückzuführen ist.
Diese Garantie deckt keine Schäden und Fehlfunktionen ab, die infolge einer unsachgemäßen Handhabung durch eine Anwendung entgegen den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung oder unbefugte Wartungsversuche verursacht wurden.
Ihr Händler vor Ort kann diese Herstellergarantie nicht für ungültig erklären, kann sie aber durch zusätzliche Garantien nach Ermessen und auf Kosten des Händlers erweitern.

Modell Nr.: . . . . . .

Serien-Nr.: . . . . . .

Kaufdatum: . . . . . .

D

Unterschrift des Händlers: . . . . . .

Rechnung Nr. / Kassenzettel Nr.: . . . . . .

Name und Adresse des Händlers: . . . . . .

Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Deutschland
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com

CE 0118